

國立高雄大學AED訊號異常事件處理流程

當 AED 訊號出現訊號異常，
廠商即立刻通知本校窗口

上班時間

- 學務處衛保組專線：
(07)591-9067

非上班時間

- 校安專線：(07)591-7885

至訊號異常 AED 設備現場處理

電源問題(仍可使用)

- 聯繫警衛室通知值班水電同仁修復 AED 用電問題，解決後需去電 AED 廠商確認連線恢復。
- 若為台電供電問題，待台電恢復供電後，與總務處確認供電正常並去電 AED 廠商確認連線恢復。
- 非上班時間若仍無法解決問題，請將以上狀況寄信通知衛保組。

誤開 AED 箱體

- 將箱體門重新關上後，與 AED 廠商確認連線恢復。
- 非上班時間若仍無法解決問題，請將以上狀況寄信通知衛保組。

AED 故障

- 打開 AED 檢查電池或貼片接頭等處看是否異常，與 AED 廠商確認連線恢復。
- 若仍無法使用，將現場掛上暫停使用及其他 AED 位置標示牌。
- 非上班時間仍無法解決問題，請將以上狀況寄信通知衛保組。

正常使用 AED

- 立即聯繫 119、警衛室，並登記操作者與被施救者之單位、姓名、電話，及被施救者家人(或緊急聯絡人)，視情況進行校安通報，並將現場掛上暫停使用及其他 AED 位置標示牌。
- 非上班時間請將以上內容寄信通知衛保組。

- AED 廠商電話：
0800-524-850
- 衛保組 Email：
health@nuk.edu.tw
- 警衛室電話
(07)-5919009
- 總務處電話
(07)-5919119

- 衛保組於上班時間通知 AED 廠商進行耗材更換、機器維護，填寫 AED 使用紀錄表並於急救事件結束日起七日內，登錄於公共場所 AED 急救資訊網及上傳 AED 使用之電子資料。